

# 中心实验室安全保洁规范

- 一、 实验室必须保持桌面和地板的清洁和整齐，与正在实验无关的药品、仪器和杂物不要放在实验桌面，一切物品必须分类摆放整齐；
- 二、 实验过程中必须穿工作服，并根据实验需要佩戴好相应的劳动防护用品，如口罩、眼罩、手套等；
- 三、 经常检查气体管道、接头、开关及器具是否有泄露，有易燃气体的室内应设置检测、报警装置；惰性气体每月检查一次，易燃气体每周检查一次；
- 四、 压力气瓶要远离热源，避免暴晒和强烈振动，气瓶直立放置时应加装铁链固定；
- 五、 危险化学品、易制毒化学品应按需领用，暂时不需使用的上述化学品应放回试剂室的易燃品毒害品储存柜中；
- 六、 对于产生有毒和异味废气的实验，必须在通风柜中进行；
- 七、 实验过程产生的废液，应选用适当的容器盛装，并标注品名、浓度等信息；不能随意混合各类化学品；
- 八、 废弃玻璃碎片应收集于不易被刺穿的纸板箱；
- 九、 避免独自一人在实验室做危险实验；
- 十、 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；用电设备长期不使用时，应切断电源；
- 十一、 长期通电的用电设备，每天上班前应检查一次；遇节假日，下班前应确保通电设备运转正常；
- 十二、 保持实验室内水池周围整洁，用水前后及时清洗；
- 十三、 保持实验室整洁卫生，及时清理废弃物，实验室桌面、地板及设备表面等应每周清洁一次；
- 十四、 下班前应关闭窗户，切断非必要的电源。
- 十五、 落地式冲淋洗眼器应每月清洁及使用一次；
- 十六、 实验楼通道应保持整洁畅通，不得堆放杂物。